

COOLANTS

Identificação	Método
Água	ASTM D1123
Carbonatos	ASTM D511
Cinzas oxidadas	ASTM D1119
Concentração XLC	ASTM D3321
Corrosão de Coolant	ASTM D1384
Cromatografia de íons	ASTM D5827
Densidade / Massa Específica	ASTM D5931
Espuma após 1 minuto	VW-TL-774
Espuma, Volume a 88°C	ASTM D1881
Índice de Refração	ASTM D1218
Íon fosfato, nitrato, nitrito, sulfato, fluoreto, cloretos e molibdato	ASTM D5827
pH	ASTM D1287
Ponto de Congelamento	ASTM D1177
Ponto de Congelamento	ASTM D3321
Ponto de Ebulição	ASTM D1120
Reserva Alcalina	ASTM D1121

Última atualização: 03/10/202

**Ensaio adicionais podem ser avaliados sob demanda, com possibilidade de execução por laboratórios parceiros.*